

ALLEGATO "A"

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: Manutenzione e calibrazione correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343. Avvio procedimento e contestuale affidamento. Importo € 1024,80 (IVA inclusa) SMART CIG: Z6F30CEB24.

L'intervento di manutenzione è di tipo service standard comprensivo di spese di spedizione da e verso la sede della Regione Marche. Nel dettaglio l'intervento è così descritto:

- 1) Manutenzione e calibrazione correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343
Lo strumento verrà mandato in casa madre presso la Valeport, Devon, UK per un intervento di manutenzione e calibrazione, la quotazione si riferisce un intervento di "service standard" che include "replacement of o-rings/anti-extrusion rings, polishing sealing bores, polishing acoustic mirror, instrument cleaning, system check and pressure test, calibration".La quotazione sarà suscettibile di variazione, che verrà prontamente comunicata, qualora venisse riscontrata la necessità di sostituire altri componenti.
- 2) Spese di trasporto includono spedizione con ritiro presso la sede della Regione Marche sita in Via del Lavoro, 32 Jesi (AN) e ritorno alla stessa sede.

La riconsegna avverrà entro 60gg dal ritiro presso la sede della Regione Marche sita in Via del Lavoro, 32 Jesi (AN), salvo giustificato motivo.