

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA

Oggetto: D. Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento tramite MePa del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343. Importo € 1.024,80 (IVA compresa) – SMART CIG Z6F30CEB24. Aggiudicazione definitiva ed efficace.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 29.10.2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

DECRETA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'espletamento della procedura di affidamento diretto (TD) n. 1640197 del 06/04/2021, con scadenza il 31/12/2021, (Identificativo univoco dell'offerta 1003945), tramite Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343, di cui al decreto del dirigente n. 26/SMD del 15/03/2021.
- 2) **DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** il presente servizio alla società Corr-Tek Idrometria Srl - con sede legale a Torino 10154, Via Vincenzo Vela, 38, codice fiscale e partita IVA 07406300017, per l'importo complessivo di € 1.024,80 (IVA compresa).
- 3) **DI DICHIARARE EFFICACE** l'aggiudicazione relativa al servizio, di cui ai punti precedenti, a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- 4) **DI STIPULARE** il contratto in forma telematica con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico (MePa), così come previsto all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
- 5) **Di pubblicare** per estremi il presente atto sul BURM.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs n.18 aprile 2016, n. 50;
- DDPF n. 26/SMD del 15/03/2021: “D. Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento tramite MePa del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343. Importo € 1.024,80 (IVA compresa) capitolo 2090120143 bilancio 2021/2023 – annualità 2021 – SMART CIG Z6F30CEB24”.

Motivazione

La P.F Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa è dotata del correntometro elettromagnetico Valeport, modello 801 Flat, seriale n.22343 finalizzato al controllo del rilascio del DMV e delle portate prelevate dalle captazioni idriche nonché alla misura dei deflussi in alveo ai sensi delle norme del Piano di Tutela delle Acque e per le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Gestione delle Acque.

Tale strumentazione necessita generalmente di manutenzione annuale; in considerazione che l'ultima taratura risale al 28/08/2012, si è resa assolutamente necessaria la sua manutenzione e calibrazione.

Al fine di individuare il prezzo di mercato corrente per l'affidamento mediante Trattativa Diretta (TD), sul MePa, del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport, come sopra individuato, è stata espletata un indagine di mercato.

Successivamente è stata inviata con PEC prot. 0166956|15/02/2021|R_MARCHE|GRM|SMD|P la richiesta di preventivo alla ditta Corr-Tek Idrometria Srl - P.IVA 07406300017, con sede legale a Torino 10154, via Vincenzo Vela n. 38, che ha fatto pervenire, via PEC, prot. 0174598|16/02/2021|R_MARCHE|GRM|SMD|A due preventivi: uno che non comprende il ritiro in sede dell' attrezzatura e l'altro comprensivo del ritiro in sede; tale costo aggiuntivo è compatibile con l'attuale prezzo di mercato delle spedizioni pertanto si è scelto il preventivo Rif.25784A/21/VR allegato alla PEC per una spesa complessiva di Euro 1.024,80 IVA inclusa comprendente:

- 1) Manutenzione e calibrazione correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343
Lo strumento verrà mandato in casa madre presso la Valeport, Devon, UK per un intervento di manutenzione e calibrazione, la quotazione si riferisce un intervento di "service standard" che include "replacement of o-rings/anti-extrusion rings, polishing sealing bores, polishing acoustic mirror, instrument cleaning, system check and pressure test, calibration".La quotazione sarà suscettibile a variazione, che verrà prontamente comunicata, qualora venisse riscontrata la necessità di sostituire altri componenti.
- 2) Spese di trasporto Includono spedizione con ritiro presso la sede delle Regione Marche sita in Via del Lavoro, 32 Jesi (AN) e ritorno alla stessa sede.

Il preventivo di spesa è risultato compatibile con l'attuale prezzo di mercato, pertanto con DDPF n. 26 del 15/03/2021:



- è stata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura di affidamento diretto (TD), tramite MePa,
- sono stati approvati gli elementi significati del contratto,

- è stata approvata la seguente documentazione:
 - allegato A - capitolato tecnico;
 - allegato B - ordine di consegna
 - allegato C - dichiarazione sostitutiva;
 - allegato D - auto dichiarazione
 - allegato E - patto integrità
 - allegato F - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre è stata affidato il servizio società Corr-Tek Idrometria Srl, come sopra individuata, per l'avvio della procedura Mepa.

In data 06/04/2021 con la trattativa n. 1640197, con scadenza 31/12/2021, è stata avviata la Trattativa diretta (TD) (Identificativo univoco dell'offerta 1003945); si è provveduto all'esame dell'offerta e della documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla società e all'aggiudicazione del servizio, in argomento, per l'importo complessivo di € 1.024,80, di cui al decreto 26/SMD del 15/03/2021, sopra citato.

In tale circostanza è emerso che il documento "patto integrità" sottoscritto e caricato sul MePa dalla società era mancante di una delle due firme digitali per errore di ridenominazione file; pertanto si è ritenuto di richiederne l'invio del documento completo, in ogni sua parte, come trasmesso con PEC ns. prot. 0415568 del 12/04/2021.

Riguardo i requisiti di cui alle lettere - i) - l) - m) - o) del decreto 26/SMD/2021, gli stessi sono stati comprovati prima della sottoscrizione della stipula del contratto su MEPA. Le verifiche si sono concluse positivamente.

Pertanto per quanto esposto si propone:

di prendere atto delle risultanze dell'espletamento della procedura di affidamento diretto (TD) n. 1640197 del 06/04/2021 con scadenza il 31/12/2021, (Identificativo univoco dell'offerta 1003945), tramite Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343, di cui al decreto del dirigente n. 26/SMD del 15/03/2021;

di aggiudicare definitivamente il presente servizio alla società Corr-Tek Idrometria Srl - con sede legale a Torino 10154, Via Vincenzo Vela, 38, codice fiscale e partita IVA 07406300017, per l'importo complessivo di € 1.024,80 (IVA compresa);

di dichiarare efficace l'aggiudicazione relativa al servizio, di cui ai punti precedenti, a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

di stipulare il contratto in forma telematica con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico (MePa), così come previsto all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

di pubblicare per estremi il presente atto sul BURM.



Esito dell'istruttoria

A conclusione dell'analisi istruttoria il sottoscritto responsabile del procedimento propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Antonella Galli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno

